
Introducción

El dispositivo IntelliVue TcG10 se utiliza para la medición de la presión parcial de CO₂ y de O₂ transcutáneo en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Indicaciones de uso

Estas Instrucciones de uso están dirigidas a profesionales clínicos que utilizan IntelliVue TcG10 con un monitor de paciente IntelliVue junto con un IntelliBridge EC10 y un módulo IntelliBridge EC5.

No existen limitaciones en lo que respecta a la frecuencia de uso. El IntelliVue TcG10 puede utilizarse para monitorización continua.

Convenciones textuales

ADVERTENCIA Una **advertencia** le alertará acerca de una posible consecuencia grave, sucesos adversos y peligro en lo que respecta a la seguridad. El hecho de pasar por alto una advertencia podrá dar como resultado la muerte o heridas graves al usuario o al paciente.

PRECAUCIÓN Una **precaución** le alertará acerca de dónde es necesario tener un especial cuidado para la seguridad y el uso eficaz del producto. El hecho de pasar por alto una precaución puede dar como resultado heridas menores o moderadas al personal o daños al producto u otra propiedad, y posiblemente un riesgo remoto de heridas más graves.

NOTA Incluye información práctica que no está relacionada con lesiones al personal.

- **Pantalla** hace referencia a la unidad de pantalla física.
- **Ventana** o presentación hace referencia a todo lo que aparece en la pantalla del monitor de paciente, como mediciones, alarmas, datos del paciente, etc.

Referencias

Para obtener información adicional sobre el módulo IntelliBridge EC10, por ejemplo alarmas, consulte las Instrucciones de uso del monitor de paciente.

Antes de comenzar

Familiarícese con todas las instrucciones, incluidas las advertencias y precauciones, antes de comenzar a monitorizar pacientes. Lea y conserve las Instrucciones de uso que se incluyen con los accesorios, ya que éstas contienen información importante acerca del cuidado y la limpieza que no se repiten en este manual.

Su dispositivo IntelliVue TcG10 es altamente configurable. Lo que aparezca en pantalla, la manera en que aparezcan los menús, etc., dependerá del método de configuración elegido por el hospital y es posible que no sea exactamente como se muestra aquí.